

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	166751	Arq.	M.42
Material	MICRONEBULIZADOR PARA AR COMPRIMIDO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME)	
Máscara resistente a termodesinfecção a 80 °C?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Considerações:	_____

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA	
EMBALAGEM:	
Resistente e segura?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Propicia fácil abertura manual?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
MICRONEBULIZADOR:	
Em plástico, transparente e maleável?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Máscara em formato anatômico, confortável e segura?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Recipiente para fluidos transparente, graduado e numerado de 5 ml em 5 ml e capacidade mínima de 10 ml com tampa?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Tampa segura e resistente?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Cabeçote rosqueado com vedação e adaptação segura?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
O cabeçote adapta-se adequadamente ao tubo extensor?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Tubo extensor translúcido, flexível, com no mínimo 150 cm?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Conector rosqueável compatível com rede de ar comprimido?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Propicia formação de névoa adequada?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Possibilita a utilização segura, sem causar vazamentos com o paciente sentado ou deitado?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____
Todo o material propicia segurança na utilização com ajuste seguro as conexões?	☐ Sim ☐ Não Por quê? _____

Outras observações: _____	
PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas _____