

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		ITEM:		Cód:	165581	Arq:	P.2
Material	PACOTE TESTE BOWIE & DICK INDICADOR QUÍMICO CLASSE II			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS				Venc.			
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fab.:			
Lote				Val.:			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data:			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Acompanha informações sobre características do material e orientações de utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TESTE:			
Para esterilização a vapor d'água?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O material é atóxico, isento de metais pesados?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Folha com indicador químico que propicia leitura visual autoexplicativa?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Permite arquivamento sem alteração das características por no mínimo 5 anos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia resultado seguro após exposição de 3,5 min a 4 min a 134 °C?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Embalagem pré-dimensionada para simular pacote desafio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Acompanha prospecto com informações do produto e o tipo de normativa com a qual está em conformidade?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			