

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	170418	Arq.	P.5
Material	PASTA PERIOSTOMAL EM BASTÃO, À BASE DE HIDROCOLÓIDE, ISENTA DE ÁLCOOL			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)			
Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Considerações: _____			
CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura, com fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Permite o uso de todo o conteúdo do produto?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Embalagem unitário de 6 g a 10 g?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
PASTA:			
Apresenta consistência moldável e recortável?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Resiste à água e à ação de efluentes de ostomias e protege a pele?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
É indolor, atóxica, isenta de álcool, irritantes dérmicos e alergizantes?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Propicia correção e nivelamento da irregularidade cutânea?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Auxilia na adesividade do equipamento de ostomia proporcionando utilização segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Permite o uso indolor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
É de fácil aplicação e retirada, sem deixar resíduos na pele?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Proporciona facilidade e segurança no manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Outras observações: _____			

PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			