

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	161677	Arq.	P.17
Material	PLACA ELETROCIÚRGICA AUTOADESIVA C/ CABO TAMANHO ADULTO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)			
É bipartida e atende a especificação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Quais são as dimensões de largura e comprimento?	_____		
Considerações:	_____		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA
--

EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Contém identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
PLACA ADESIVA:			
Apresenta lâmina de alumínio recoberta uniformemente com gel condutivo?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Camada externa em espuma de poliuretano?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Apresenta adesividade adequada na colagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Molda-se a pele de forma anatômica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
É livre de irritantes dérmicos e agentes tóxicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Promove condutividade uniforme e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Na retirada descola adequadamente, sem deixar resíduos e de forma atraumática?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Apresenta alarmes do tipo MQC (monitorização da qualidade de contato)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
CABOS:			
Os cabos são compatíveis com bisturi Valley Lab?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
TODO O MATERIAL			
É resistente e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
É de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Outras observações: _____			

PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas _____	