

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	164503	Arq.	P.19
Material	PLACA PARA BOLSA DE UROSTOMIA, FLANGE DE NO MÁXIMO 57MM - ORIFÍCIO CENTRAL DE 8 A 19MM, RECORTÁVEL NO MÍNIMO ATÉ 43MM			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)			
Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)?		☐ Sim	☐ Não Por quê? _____
Considerações: _____			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Contém identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
PLACA ADESIVA:			
Permite fácil recorte?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Apresenta barreira protetora adesiva com no mínimo 1 hidrocoloide?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Maleável, macio, flexível, resistente de fácil manuseio, se moldando adequadamente a pele?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Propicia adesividade segura na região periostoma?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Proporciona conforto e segurança na utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Propicia retirada sem trauma e sem deixar resíduos na pele?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
FLANGE:			
Flange de no máximo 57 mm, recortável até no mínimo 43 mm e com pré-recorte de no máximo 19 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Propicia ajuste seguro a bolsa (do código 164501), sem permitir vazamentos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Propicia fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Outras observações: _____			

PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas _____	