

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	33260	Arq.	P.23
Material	PÓ PROTETOR PARA ÁREA PERIOSTOMALM, À BASE DE HIDROCOLÓIDE			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)			
Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)?		☐ Sim	☐ Não
Considerações: _____			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA
--

EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Permite o uso de todo o conteúdo da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Tampa protetora segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Frasco com aproximadamente 30 g?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
PÓ:			
Promove absorção da umidade da pele, proteção e auxilia na manutenção das suas características naturais?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Facilita a adesividade do equipamento de ostomia?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É indolor atóxico, isento de irritantes dérmicos e alergizantes?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É de fácil aplicação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona facilidade e segurança no manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
Data do parecer: ____/____/____	Assinaturas _____	