

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	170420	Arq.	P.31
Material	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA, USO NEONATAL, TAMANHO G			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área de apoio adequada para abertura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Embalagem individual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
PROTETOR:			
O protetor é produzido com material macio, opaco e acolchoado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui acabamento regular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Permite o amoldamento anatômico à região ocular e à cabeça?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Promove a fixação segura e confortável à cabeça por faixa ou cordão ajustável?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É isento de irritantes dérmicos, resíduos ou impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente durante o uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona conforto e segurança na sua utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações:			
PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL	
Data do parecer:	__/__/____	Assinaturas	_____ _____