

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	169061	Arq.	R.4
Material	RECIPIENTE PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS E MATERIAIS PERFURO-CORTANTES			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CAIXA:			
Capacidade útil entre 18 l e 22 l?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil montagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Tampa protetora interna com bocal que permita o descarte seguro unimanual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Paredes, cinta e bandeja protetora interna firmes?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente à perfuração e vazamentos líquidos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Bocal para descarte do material apresenta tamanho adequado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O saco plástico permite o revestimento interno da caixa de forma segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Alça dupla proporciona segurança no transporte mesmo quando em capacidade máxima?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Superfície externa na cor laranja com símbolo para material tóxico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Indicação de enchimento máximo e instruções de montagem com passo a passo?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A tampa proporciona vedação segura para transporte e acondicionamento	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			