

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	175460	Arq.	R.7
Material	REDE TUBULAR ELÁSTICA PARA OMBRO E COXA, PARA USO EM FIXAÇÃO DE CURATIVOS			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)			
Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)? ☐ Sim ☐ Não Por quê? _____			
Considerações: _____			
CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
REDE:			
Apresentação em caixa, comprimento máximo de 10 m em repouso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Confeccionado em poliamida e/ou poliéster, em formato de rede?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Trama regular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Mantém elasticidade homogênea e segura com amoldamento e fixação adequada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Compressão adequada e uniforme?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Permite a retirada e reposicionamento sem alterar as características originais do produto?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Material resistente e macio propiciando conforto na utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Material resistente e macio propiciando conforto na utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Permite o recorte fácil, sem desfiar?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Tamanho Adequado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Propicia fixação segura do curativo?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Isento de irritantes dérmicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê? _____
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			