

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	116904	Arq. R.10
Material	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

- Resistente, segura e com indicação de produto estéril? Sim Não Por quê?
- Apresenta área de apoio adequado e permite transferência asséptica? Sim Não Por quê?
- É isenta de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê?
- Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização? Sim Não Por quê?
- Embalagem individual? Sim Não Por quê?

ROMPEDOR:

- Em plástico biocompatível? Sim Não Por quê?
- Possui acabamento regular? Sim Não Por quê?
- A com acabamento redondo e cortante, sem rebarbas? Sim Não Por quê?
- O corte proporciona o rompimento de membranas de modo efetivo e seguro? Sim Não Por quê?
- É resistente durante o uso? Sim Não Por quê?
- Proporciona conforto e segurança na sua utilização? Sim Não Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ___/___/___ Assinaturas _____