

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	164212	Arq.	S.6
Material	SERINGA HIPODÉRMICA 1ML, BICO NÃO ROSQUEÁVEL, SEM ESPAÇO MORTO, SEM AGULHA PARA USO MANUAL			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura e com identificação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CILINDRO:			
Em polipropileno transparente, incolor e siliconizado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Capacidade para 1 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui anel de retenção seguro e flange anatômicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente e seguro ao manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Escala nítida, precisa, resistente ao manuseio, dividida no mínimo a cada 0,01 ml e numerada a cada 0,1 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Bico não rosqueável proporciona adaptação segura a agulhas e outros dispositivos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ÊMBOLO:			
Borracha de vedação propicia ajuste preciso e deslize suave e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Ponto de pressão anatômico e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
É atóxico e isento de látex?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente, seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			