

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	13471	Arq.	S.16
Material	SERINGA HIPODERMICA 3 ML, BICO NÃO ROSQUEÁVEL CENTRALIZADO, SEM AGULHA, PARA USO MANUAL			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura e com identificação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CILINDRO:			
Em polipropileno transparente, incolor e siliconizado?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Capacidade para 3 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui anel de retenção seguro e flange anatômicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente e seguro ao manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Escala nítida, precisa, resistente ao manuseio, dividida no mínimo a cada 0,1 ml e numerada a cada 1 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Bico não rosqueável proporciona adaptação segura a agulhas e outros dispositivos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ÊMBOLO:			
Borracha de vedação propicia ajuste preciso e deslize suave e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Ponto de pressão anatômico e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
É atóxico e isento de látex?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente, seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			