

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	165291	Arq.	S.4
Material	SERINGA BICO CATETER 50 A 60 ML, PARA USO EM LIPOASPIRAÇÃO,			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA					
EMBALAGEM:					
Resistente, segura e com identificação de produto estéril?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
CILINDRO:					
Em polipropileno transparente, incolor e siliconizado?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Capacidade para 50 ml a 60 ml?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui anel de retenção seguro e flange anatômicos?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Resistente e seguro ao manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Escala nítida, precisa, resistente ao manuseio, dividida no mínimo a cada 1 ml e numerada a cada 10 ml?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Bico proporciona adaptação segura a agulhas e outros dispositivos?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
ÊMBOLO:					
Borracha de vedação propicia ajuste preciso e deslize suave e seguro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Ponto de pressão anatômico e seguro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:					
É atóxico e isento de látex?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
É resistente, seguro e de fácil manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Outras observações: _____					
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL					
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____					