

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	167834	Arq. S.30
Material	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FCHADO N° 5			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

- Resistente, segura e com indicação de produto estéril?  Sim  Não Por quê?
- Área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?  Sim  Não Por quê?
- ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS?
- ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS?  Sim  Não Por quê?
- Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?  Sim  Não Por quê?

**SISTEMA DE ASPIRAÇÃO:**

- Material em PVC ou similar, transparente, incolor, biocompatível?  Sim  Não Por quê?
- É resistente e propicia aspiração segura?  Sim  Não Por quê?
- Atóxico isento de agentes alergênicos?  Sim  Não Por quê?
- ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS?  Sim  Não Por quê?
- Manuseio fácil, com flexibilidade que propicie utilização segura?  Sim  Não Por quê?

**SONDA:**

- Possui comprimento adequado de no mínimo 30 cm?  Sim  Não Por quê?
- Graduação nítida de fácil visualização a cada 1 cm até, no mínimo, 25 cm?  Sim  Não Por quê?
- Possui capa protetora transparente?  Sim  Não Por quê?
- A via de limpeza adapta-se bem à seringa?  Sim  Não Por quê?

**VÁLVULA:**

- Unidirecional?  Sim  Não Por quê?
- Conector rígido adapta-se de forma segura ao intermediário de aspiração?  Sim  Não Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**  FAVORÁVEL  DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinaturas \_\_\_\_\_