

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	165065	Arq.	S.31
Material	SISTEMA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL FCHADO N° 8			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura e com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO:			
Material em PVC ou similar, transparente, incolor, biocompatível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente e propicia aspiração segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Atóxico isento de agentes alergênicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Manuseio fácil, com flexibilidade que propicie utilização segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
SONDA:			
Possui comprimento adequado de no mínimo 30 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Graduação nítida de fácil visualização a cada 1 cm até, no mínimo, 25 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui capa protetora transparente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A via de limpeza dapta-se bem à seringa?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
VÁLVULA:			
Unidirecional?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector rígido adapta-se de forma segura ao intermediário de aspiração?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____ _____			