

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	120057	Arq.	S.33
Material	SISTEMA DE APIRAÇÃO TRAQUEAL FCHADO N° 16			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura e com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO:			
Material em PVC ou similar, transparente, incolor, biocompatível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente e propicia aspiração segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Atóxico isento de agentes alergênicos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Manuseio fácil, com flexibilidade que propicie utilização segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
SONDA:			
Possui comprimento adequado de no mínimo 54 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Graduação nítida de fácil visualização a cada 2 cm até, no mínimo, 35 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui capa protetora transparente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A via de limpeza adapta-se bem à seringa?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A via para administração de aerossol adapta-se adequadamente ao inalador?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
VÁLVULA:			
Unidirecional?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector rígido adapta-se de forma segura ao intermediário de aspiração?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações:			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____ _____ _____ _____			