

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	13528	Arq.	S.43
Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e transferência?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
SONDA:			
Em plástico, biocompatível, siliconizada, transparente e incolor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui 50 cm (+/- 3 cm) de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta janelas atraumáticas na região distal, proporcionando aspiração adequada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector resistente proporcionando ajuste seguro ao intermediário de aspiração?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta flexibilidade segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Promove uma aspiração eficaz e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O material é atraumático?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
Atóxico isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			