	UFSC/HU/DE NUMAE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA ( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		**Item**		**Código**	13544	**Arq.**	S.45
Material	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16			**Amostra Registro**			
Nome Comercial							
Marca				**MOD./REF.**			
RMS		**Venc.**		**C.A.**		**Venc.**	
Fabricante				**CNPJ**			
Importador				**Fabricação**			
Lote				**Validade**			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				**Data**			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e transferência?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

SONDA:

Em plástico, biocompatível, siliconizada, transparente e incolor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui 50 cm (+/- 3 cm) de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta fenestras atraumáticas na região distal, proporcionando aspiração adequada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector resistente proporcionando ajuste seguro ao intermediário de aspiração?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta flexibilidade segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Promove uma aspiração eficaz e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O material é atraumático?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

TODO O MATERIAL:

Atóxico isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL ☐ **FAVORÁVEL** ☐ **DESFAVORÁVEL**

Data do parecer: ___/___/_____ Assinaturas _____ _____

_____ _____