

	UFSC/HU/DE		INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE						
FP	4226/2024	ITEM:	1	Cód:	13102	Arg:	S.66
Material	SONDA FOLEY 2 VIAS, Nº16, LÁTEX, BALÃO C/ CAPAC. MÍNIMA DE 20ML, E COMP. APROX. 40CM - RMS . (AGHU 421252).					Amostra Registro 17901	
Nome Comercial	SONDA FOLEY 2 VIAS, Nº16, LÁTEX, BALÃO C/ CAPAC. MÍNIMA DE 20ML						
Marca	MEDIX	MOD./REF.	2 VIAS N.14 FR LATEX		C.A.		
RMS	80495510080		Venc.	VIGENTE			
Fabricante	WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES P. LTD				CNPJ	10.268.780/0001-09	
Importador	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.						
Lote	22462	Fab.:	01/07/2022	Val.:	01/07/2025		
Empresa Proponente	DATA- MEDICAL PROD						
Local de Teste	Emerg. Adulto; C.C.;						
Quantidade testada				Data:	04/03/2024 08:55:03		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Apresenta embalagem dupla, propiciando manuseio fácil e seguro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e transferência?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
SONDA:			
Em látex siliconizado, biocompatível, com superfície lisa e isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Possui aproximadamente 40 cm de comprimento?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Possui maleabilidade segura, sem acotovelamentos, proporcionando fluxo contínuo?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Proporciona introdução suave e atraumática?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Ponta distal com acabamento arredondado e orifícios de drenagem com bordas planas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
VIA DE DRENAGEM:			
Possui conector multiajustável com adaptação segura ao tubo extensor da bolsa coletora?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Área de conexão apresenta identificação do calibre e volume do balão de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
VIA DE INSUFLAMENTO DO BALÃO:			
Apresenta válvula e conector fêmea com boa adaptação à seringa?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Proporciona fluxo contínuo e seguro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
BALÃO:			
Possui capacidade mínima de 15 ml?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
É seguro e resistente, não ocasionando vazamentos?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
			Não Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL	<input type="checkbox"/>	FAVORÁVEL	<input type="checkbox"/>
			DESAVORÁVEL
Data do parecer: _____	Assinaturas _____		

