

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	161400	Arq.	A.48
Material	ATADURA DE RAYON, ROLO COM 8CM (+/-0,5) X 5M NO MÍNIMO, ESTÉRIL			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura, com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ATADURA:			
Tamanho de no mínimo 7,5 a 10cm (L) x 5 m (C)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Composição em 100% rayon?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta trama fechada, uniforme e maleável?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos ou impurezas em sua composição?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Acabamento regular nas laterais e em toda a extensão do produto?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Produto proporciona segurança, conforto e baixa aderência durante o uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL	
Data do parecer:	___/___/___	Assinaturas	_____ _____