

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	13714	Arq.	S.85
Material	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e transferência?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
SONDA:			
Em PVC ou similar biocompatível, siliconizada, transparente e incolor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui no mínimo 100 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Ponta distal com área fenestrada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Ponta proximal com conectores e tampas protetoras fixas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui superfície lisa e com ponta atraumática?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta acabamento regular com paredes lisas e macias?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material atóxico, isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia adaptação segura a seringas, equipos e extensores?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Flexibilidade proporciona introdução segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
Seguro e de fácil manuseio na utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona conforto ao paciente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____ _____			