	UFSC/HU/DE NUMAE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA ( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		**Item**		**Código**	14176	**Arq.**	S.97
Material	SONDA URETRAL N° 12			**Amostra Registro**			
Nome Comercial							
Marca				**MOD./REF.**			
RMS		**Venc.**		**C.A.**		**Venc.**	
Fabricante				**CNPJ**			
Importador				**Fabricação**			
Lote				**Validade**			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				**Data**			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente, segura e com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificações do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

SONDA:

Material em PVC ou similar, transparente, incolor, biocompatível e siliconizada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui no mínimo 40 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta ponta distal arredondada e atraumatica com fenestra na lateral?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona conforto e segurança na introdução?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Orifício de drenagem proporciona fluxo seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Flexibilidade e fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta ponta proximal com conector?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

CONECTOR:

Possui tampa protetora segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona adaptação segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

TODO O MATERIAL:

Atóxico, isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL ☐ **FAVORÁVEL** ☐ **DESFAVORÁVEL**

Data do parecer: ___/___/_____ Assinaturas _____ _____ _____ _____