

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	176102	Arq.	T.7
Material	TESTE INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA NO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DA TERMODESINFECTADORA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Segura e resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta identificação do produto, lote e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui informações sobre características do material e orientações de utilização e descarte?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TESTE:			
Material é atóxico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Reage aos parâmetros de desinfecção da termodesinfectora de 80°C por 10 minutos através de mudança de cor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia leitura visual autoexplicativa?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia resultado seguro, sem alteração por no mínimo 5 anos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Necessita de suporte para acomodar o teste?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O suporte é seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____			