

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	17698	Arq.	T.12
Material	TORNEIRINHA 3 VIAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente, segura e com identificação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TORNEIRA			
Material confeccionado em polycarbonato/poliamida ou similar, translúcido?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CONEXÕES:			
Possui 2 conexões fêmeas rosqueáveis de ajuste seguro e sem vazamentos a dispositivos de infusão?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui tampa protetora segura e de fácil manuseio nas 2 vias de conexões fêmeas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui 1 conexão macho rosqueável de ajuste seguro, sem vazamento, a dispositivos de infusão?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector macho possui tampa protetora segura e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
DISPOSITIVO DE COMANDO DE FLUXO (BORBOLETA):			
Possui indicador de fluxo em formato anatômico seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Indicação de fluxo é nítida e de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO O MATERIAL:			
É apirogênico e isento de látex?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia utilização segura sem vazamentos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Compatível com pressão exercida por bomba infusora?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			