

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	17833	Arq.	T.24
Material	TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL/NASAL SEM BALÃO N° 4, COM ORIFÍCIO DE MURPHY			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Segura e resistente com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TUBO:			
Em PVC siliconizado ou similar e biocompatível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Diâmetro externo de 5 mm a 5,6 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Paredes finas, lisas e com flexibilidade segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta curvatura adequada e ponta arredondada e atraumática?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Graduação nítida a partir de no máximo 6 cm com demarcação a cada 1 cm e numerada no máximo a cada 2 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Marcador de corda vocal próximo à extremidade distal?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Presença de orifício de Murphy?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Filamento radiopaco em toda a extensão do tubo?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CONECTOR:			
Resistente e seguro, propiciando adaptação adequada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO MATERIAL:			
Seguro, resistente e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Atóxico e isento de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			