

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		ITEM:		Cód:	175429	Arq:	C.41.3
Material	Chupeta para recém-nascido prematuro.			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS				Venc.			
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fab.:			
Lote				Val.:			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data:			

APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

(Enfermeiros, técnicos, auxiliares e médicos que estejam testando o produto)

• **Embalagem Externa:**

Segura e resistente? () Sim () Não Por quê ? _____

Fácil abertura manual? () Sim () Não Por quê ? _____

Contém identificação do produto, lote e validade de fácil visualização? () Sim () Não Por quê ? _____

• **Chupeta :**

Apresenta formato anatômico: () Sim () Não Por quê ? _____

Indicada para recém-nascidos prematuros com fenda palatina ? () Sim () Não Por quê ? _____

Apresenta bico em látex ou silicone macio, resistente e higiênico, com acabamento regular? () Sim () Não
Por quê? _____

Apresenta aba arredondada, sem rebarbas? () Sim () Não _____

Apresenta conexão segura entre aba e bico? () Sim () Não _____

Material atóxico, resistente? () Sim () Não _____

Proporciona fácil higienização? () Sim () Não _____

Propicia utilização segura: () Sim () Não Porquê ? _____

Outras observações:

PARECER FINAL: () FAVORÁVEL () DESFAVORÁVEL

DATA: ____ / ____ / ____

ASSINATURAS: _____