	UFSC/HU/DE NUMAE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA ( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		**Item**		**Código**	175458	**Arq.**	B.9
Material	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO _ 500ML - EXTENSOR 120CM X 7MM (APROX)			**Amostra Registro**			
Nome Comercial							
Marca				**MOD./REF.**			
RMS		**Venc.**		**C.A.**		**Venc.**	
Fabricante				**CNPJ**			
Importador				**Fabricação**			
Lote				**Validade**			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				**Data**			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequado para abertura e transferência asséptica da embalagem?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

TUBO EXTENSOR:

Composto de PVC ou similar, isento de látex?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta 110 cm x 7 mm a 8 mm de diâmetro de luz interna?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Pinça corta-fluxo segura, resistente e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector multiajustável com tampa segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector flexível adapta-se a cateteres urinários e propicia conexão segura sem vazamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta ponto autocicatrizante seguro para coleta de material biológico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

BOLSA COLETORA:

Composição em plástico com parede anterior transparente e incolor e posterior branca e opaca?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Capacidade de 500 ml com escala nítida de fácil visualização graduada no máximo de 100 ml em 100 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta válvula de antirrefluxo segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Junção entre tubo extensor e bolsa sem acotovelamento e vazamento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Alça de fixação ao leito permite fixação segura e mantém a bolsa bem posicionada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Alça (tipo cordão ou similar) de apoio à deambulação resistente e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Pinça corta-fluxo para escoamento propicia vedação segura e fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Coldre fechado à bolsa ou tubo com tampa protetora segura e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

TODO CONJUNTO:

Todo sistema proporciona segurança e facilidade no manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

Outras observações:

PARECER FINAL ☐ **FAVORÁVEL** ☐ **DESFAVORÁVEL**

Data do parecer: ___/___/_____ Assinaturas _____ _____ _____ _____