

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		ITEM:		Cód:	176045	Arq:	X.85
Material	Saco plástico em bobina. Tam.: 50-60cm X 65-70cm			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS				Venc.			
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fab.:			
Lote				Val.:			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data:			

### APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

#### CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

(Enfermeiros, técnicos, auxiliares e médicos que estejam testando o produto)

**Embalagem Externa:**

Apresenta identificação do produto (Nome do produto/ Nome do produtor/Quantidade/ Data de fabricação/ condições de armazenamento/Validade/Lote): ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

**Bobina:**

Bobina com no máximo 500 unidades: ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

Bobina resistente e de fácil acomodação para utilização? ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

Com abertura bilateral, compatível com suportes utilizados? ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

**Saco plástico:**

Apresenta medidas de 50 a 60 cm x 65 a 70 cm? ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

Apresenta fundo reto? ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

É transparente e impermeável? ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

Inodoro e atóxico? ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

Apresenta selagem contínua, com vedação segura? ( ) Sim ( ) Não Especifique \_\_\_\_\_

Possui espessura uniforme e resistente? ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

O material apresenta-se isento de furos, manchas, impurezas, resíduos? ( ) Sim ( ) Não  
Especifique? \_\_\_\_\_

**Todo o sistema:**

Proporciona segurança e facilidade no manuseio: ( ) Sim ( ) Não Por quê? \_\_\_\_\_

**Outras observações:**

---



---

**PARECER FINAL:** ( ) FAVORÁVEL ( ) DESFAVORÁVEL

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURAS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_