

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	170869	Arq.	X.26
Material	SERINGA HEPARINIZADA PARA GASOMETRIA 2 A 3 ML, COM AGULHA E COM AUTOENCHIMENTO, USO ADULTO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS					
Contém heparina lítica seca balanceada com cálcio, aproximadamente 50 UI/ml?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Conservou amostra sanguínea sem formação de coágulos?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Houve presença de bolhas de ar na amostra?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Apresenta boa conectividade ao gasômetro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Apresentou vazamentos durante o procedimento?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Apresenta algum risco à segurança durante o procedimento?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possibilita dosagem de Na, K, Ca?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Considerações:					

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA					
EMBALAGEM:					
Embalagem individual, resistente, segura e com identificação de produto estéril?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Proporciona abertura e transferência asséptica?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Identificação do produto, lote e validade de fácil visualização?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
SERINGA:					
Capacidade de 2 ml a 3 ml?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui transparência adequada?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Possui escala graduada a cada 0,1 ml e numerada no máximo a cada 0,5 ml?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Anel de retenção seguro?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Bico com tampa protetora e tampa para proteção após a coleta?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Êmbolo apresenta vedação e deslize seguro, propiciando coleta segura da amostra?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Material é resistente e seguro ao manuseio?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Agulha siliconizada, com sistema de segurança e calibre de 0,6 mm a 0,64 mm x 25 mm?	☐	Sim	☐	Não	Por quê?
Outras observações:					
PARECER FINAL	☐	FAVORÁVEL	☐	DESAVORÁVEL	
Data do parecer:	__/__/__		Assinaturas	_____	

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	170869	Arq.	X.26
Material	SERINGA HEPARINIZADA PARA GASOMETRIA 2 A 3 ML, COM AGULHA E COM AUTOENCHIMENTO, USO ADULTO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			