

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	172692	Arq.	B.18
Material	BOLSA PRESSURIZADA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS PARENTERAIS – 500 ML			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
BOLSA:			
Em poliuretano ou similar impermeável, translúcido ou transparente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Adapta-se adequadamente ao frasco/bolsa de 500 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Exerce pressão adequada (150 mmHg a 300 mmHg)?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Dispositivo pressurizador (manguito) apresenta válvula unidirecional?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Dispositivo pressurizador (manguito) é seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O manômetro é de fácil leitura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O sistema de fixação é seguro e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
A bolsa permite fácil higienização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Todo o conjunto é reutilizável?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Todo o conjunto é resistente e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Acompanha manual com características do material e orientações de uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____		Assinaturas _____	