

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	142409	Arq.	C.48
MATERIAL	CATETER VENOSO CENTRAL 1 VIA, 6FR X 20,5CM +- 1CM			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA							
EMBALAGEM:							
Resistente e segura com indicação de produto estéril?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Isenta de resíduos e impurezas?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Possui área de apoio adequada para abertura e transferência asséptica da embalagem?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
COMPOSIÇÃO:							
Poliuretano ou silicone, flexível, radiopaco e biocompatível?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO:							
Possui cânula reta siliconizada com bisel trifacetado afiado?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Propicia penetração suave com o mínimo de trauma?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Cone fêmea rosqueável e com capa protetora?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Canhão adapta-se de seguramente ao dispositivo de infusão?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
FIO-GUIA:							
Apresenta flexibilidade e manuseio fácil seguro?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Possui manga protetora em plástico transparente, incolor, maleável e resistente?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
DILATADOR:							
Proporciona penetração segura, sendo resistente e de fácil manuseio?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
CATETER:							
Apresenta 6 Fr X 20,5 cm (+/- 1 cm)?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Resistente, flexibilidade segura e livre de acotovelamento?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Possui demarcação de fácil visibilidade?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Apresenta radiopacidade segura em toda sua extensão?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
PINÇA CORTA-FLUXO:							
Resistente, segura e de fácil manuseio?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
CONECTOR:							
Adaptação segura aos dispositivos de infusão?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
TODO MATERIAL:							
Conjunto proporciona segurança e facilidade na punção, no manuseio e na fixação segura à pele?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Outras observações:							
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL							
Data do parecer: ____/____/____				Assinaturas: _____			