

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	176423	Arq.	M.34
Material	MÁSCARA FACIAL TIPO VENTURI TAM. PEDIÁTRICO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
MÁSCARA:			
Flexível, transparente ou translúcido com orifícios laterais e acabamento regular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta formato anatômico, moldando-se confortavelmente à face?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta clipe nasal embutido com ajuste seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Alça elástica com ajuste facial para adaptação de forma segura e confortável?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TRAQUÉIA CORRUGADA:			
Propicia ajuste seguro à máscara e às válvulas de regulação de concentração de O ₂ ?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
VÁLVULAS DE REGULAGEM:			
Com identificação de percentual de concentração de O ₂ ?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
INTERMEDIÁRIO:			
Flexível, com no mínimo 2 m e conector universal de ajuste seguro das válvulas ao umidificador?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
TODO MATERIAL:			
Em PVC ou similar?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Todo o conjunto propicia fácil limpeza e segurança e conforto na utilização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____			