

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	176278	Arq.	L.14
Material	LINHA DE AMOSTRA DE GASES PARA CAPNOGRAFIA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

- Segura e resistente? Sim Não Por quê?
- Possui área de apoio adequada para abertura? Sim Não Por quê?
- ISENTA de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê?
- Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização? Sim Não Por quê?

LIINHA:

- Em PVC ou similar, transparente e incolor? Sim Não Por quê?
- Flexível? Sim Não Por quê?
- Luz interna de 1 mm e comprimento de 3 m? Sim Não Por quê?
- Conector macho rosqueável nas duas pontas? Sim Não Por quê?
- Propicia conexão segura no coletor de capnografia e filtro? Sim Não Por quê?
- É compatível com monitores utilizados na instituição (Mindray, Dixtal, GE)? Sim Não Por quê?
- Permite a leitura da capnografia de modo seguro? Sim Não Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____