

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	168937	Arq.	L.15
Material	LINHA DE AMOSTRAGEM COM FILTRO PARA CAPNOGRAFIA.			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Segura e resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Identificação do produto, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
LIINHA:			
Em PVC ou similar, transparente e incolor?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Flexível?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Luz interna de 1 mm e comprimento de 2 m?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Extensor flexível, transparente com aproximadamente 215 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector rígido 22 mm de diâmetro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector fêmea rígido com luer lock?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Conector encaixa-se adequadamente entre o tubo e traqueia?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia conexão segura no módulo de capnografia?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É compatível com monitor DIXTAL utilizado na instituição?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Permite a leitura da capnografia de modo seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
O material proporciona segurança no manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____			