	UFSC/HU/DE NUMAE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA ( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		**Item**		**Código**	175502	**Arq.**	X.18
Material	LACRE			**Amostra Registro**			
Nome Comercial							
Marca				**MOD./REF.**			
RMS		**Venc.**		**C.A.**		**Venc.**	
Fabricante				**CNPJ**			
Importador				**Fabricação**			
Lote				**Validade**			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				**Data**			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Segura e resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

LACRE:

Comprimento de no mínimo 12 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui largura máxima de 2,5 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta espessura de no máximo 1 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta resistência na sua colocação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente durante o uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia manuseio fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

Possui sistema de identificação com numeração de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui comprimento de no mínimo 3,5 cm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta largura de no mínimo 1,5 mm?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
É resistente durante o uso?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?

Outras observações:

PARECER FINAL ☐ **FAVORÁVEL** ☐ **DESFAVORÁVEL**

Data do parecer: ___/___/_____ Assinaturas _____ _____