

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	163780	Arq. C.15
Material	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA LONGA N° 4 MODELO PADRÃO ADULTO			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possui área de apoio adequada para abertura?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

CÂNULA:

Composta em metal?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possui acabamento regular?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresenta numeração gravada em área de apoio da cânula de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresenta encaixe seguro entre cânula, endocânula e guia?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresenta ranhura de encaixe para evitar a saída da endocânula e guia?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
É resistente e segura?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
É de fácil e seguro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Data do parecer: _____

Assinaturas _____
