

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	161394	Arq. C.22
MATERIAL	CAPA PARA CÂMERA DE VÍDEO E FIBRA ÓTICA 0,15M X 2,30M			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura com indicação de produto estéril? Sim Não Por quê?

Possui área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica da embalagem? Sim Não Por quê?

Isenta de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê?

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? Sim Não Por quê?

CAPA:

Tamanho de 0,15 m x 2,30 m? Sim Não Por quê?

Material em plástico transparente e flexível? Sim Não Por quê?

Isento de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê?

Material resistente e seguro? Sim Não Por quê?

Possui dobra asséptica? Sim Não Por quê?

Apresenta dispositivo com fixação segura em uma das extremidades? Sim Não Por quê?

A capa manteve fixação segura durante a utilização? Sim Não Por quê?

TODO O MATERIAL:

Proporciona fixação, proteção e fácil manuseio? Sim Não Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ___/___/___ Assinaturas _____