

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	173876	Arq.	C.43
MATERIAL	CATETER RETAL COM BALÃO 10 FR X 34 A 38CM (C) PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Contém identificações do produto, data de fabricação, lote e validade de fácil visualização?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
CATETER:			
Em PVC ou similar, biocompatível e atóxico?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Isento de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Propicia maleabilidade segura?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Apresenta dimensões de 10 Fr x 34 cm a 38 cm?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Ponta proximal com conector e tampa segura?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Apresenta fluxo, drenagem, livre de acotovelamentos?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Propicia introdução atraumática?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Seguro, resistente e de fácil manuseio?	☐	Sim	☐ Não Por quê?
Outras observações:			
PARECER FINAL	☐ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL	
Data do parecer:	__/__/__	Assinaturas	_____